

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク 1 4 番 1 0

品位 細胞数測定用
品名 W S T — 8 キット

試 験 項 目	規 格 値
性状 blank 試験 鋭敏度	赤色液体 0. 700 以下 (460nm) 1. 000 以上 (460nm)
試 験 方 法	社内試験方法による。

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2025. 1. 27)