

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク 1 4 番 1 0

品位 p H 試験用

品名 ブロモチモールブルー溶液

試 験 項 目	規 格 値
変色範囲 (p H)	(黄色) 6. 0 ~ 7. 6 (青)
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状 (参考) 濃い緑色の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2009. 6. 3)