

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク 14 番 10

品位 精密分析用
品名 塩酸(定沸点無鉄)

試 験 項 目	規 格 値
濃度	19.0~21.0%
鉄(Fe)	100ppb 以下
銅(Cu)	50ppb 以下
亜鉛(Zn)	50ppb 以下
水銀(Hg)	20ppb 以下
クロム(Cr)	20ppb 以下
鉛(Pb)	20ppb 以下
カドミウム(Cd)	10ppb 以下
ヒ素(As)	10ppb 以下
試験方法	社内試験方法による。
性状(参考) 無色の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2022. 7. 12-5)