

規格書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位 有害金属測定用

品名 硝酸 (60%)

試 験 項 目	規 格 値
濃度	60.0～62.0%
カドミウム(Cd)	1ppb 以下
水銀(Hg)	0.2ppb 以下
鉛(Pb)	5ppb 以下
クロム(Cr)	10ppb 以下
マンガン(Mn)	2ppb 以下
ひ素(As)	1ppb 以下
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考)	無色の液体で光にさらすと、徐々に褐色に変わる。 密度約1.38g/mlである。

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2018. 12. 18-4)