

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク 1 4 番 1 0

品位 有害金属測定用
品名 過塩素酸 (60%)

試 験 項 目	規 格 値
濃度	60. 0～62. 0%
カドミウム (Cd)	10ppb 以下
鉛 (Pb)	5ppb 以下
マンガン (Mn)	20ppb 以下
クロム (Cr)	20ppb 以下
水銀 (Hg)	20ppb 以下
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 無色の液体で、水に極めて溶けやすい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2026. 1. 16-3)